




A3252315011650519A



A4112038-05676+01A



A515609942A

LOT	252315
Code Réactif 1 Reagent 1 Code	12038
	2019-05-31
Etalonnage/Assay Calibration	
A ₀	-0.5676
A ₁	+0.1156
ISI*	0.99

* La valeur de l'ISI a été déterminée par rapport à un étalon secondaire de la RBT (rabbit brain thromboplastin) selon la méthode recommandée par l'OMS (Organisation mondiale de la santé). Cette valeur varie d'un lot à l'autre ; **s'assurer que la valeur prise en compte correspond bien au lot de réactifs utilisés.**

The ISI value has been determined against a secondary standard of the RBT (rabbit brain thromboplastin) according to the method recommended by the WHO (World Health Organization). This value may vary from one lot to another; **check that the value taken into account corresponds exactly to that of the lot of reagents being used.**